



Konstantynów 18.09.2020r.

**DPS/F/2230/Cov/4/2020**

**Zamawiający:**

**Powiat Bialski**

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

**Dom Pomocy Społecznej**

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12, 21-543 Konstantynów

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę sprzętu medycznego w celu wsparcia działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej**”

W dniu 18.09.2020r. o godz 9:26 do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie wpłynęło zapytanie dotyczące części I następującej treści:

„Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu lampę o poniższych parametrach? Oferowana lampa posiada równie wysoką skuteczność promiennika przy niższym zużyciu energii.

- dwufunkcyjna: przepływowa i bezpośrednia
- powłoka ochronna świetlówki UV, uniemożliwiająca wydostanie się szkła i rtęci przy rozbiciu
- licznik czasu pracy promienników
- mobilna – statyw z kółkami
- możliwość użytkowania w obecności osób (tryb przepływowy)
- pobór mocy: 110 W
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 36W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 uW/cm<sup>2</sup>
- trwałość promiennika: min. 8000 h
- wydajność wentylatora: 135/m<sup>3</sup>/h
- Efektywnie dezynfekowana kubatura: 60 m<sup>3</sup>
- Zasięg działania (natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m): do co najmniej 36 m<sup>2</sup>
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- Promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- typ obudowy: IP 20
- serwis i gwarancja 2 lata

**ODPOWIEDŹ: Tak**

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Konstantynowie  
  
**Sylwia Horodecka**