



Konstantynów 09.10.2020r.

DPS/F/2230/Cov/16/2020

Zamawiający:

Powiat Bialski

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12, 21-543 Konstantynów

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego w celu wsparcia działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”

W dniu 08.10.2020r. do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie wpłynęło zapytanie dotyczące części I postępowania następującej treści:

Pytanie: Poz. 7 ssaki elektryczne przenośne

Czy zamawiający dopuści ssak o płynnej regulacji ssania do 80 kPa i wadze 3,6 kg.

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne ze specyfikacją.

Pytanie: Poz. 9 Inhalator ultradźwiękowy

Zamawiający użył nazwy inhalator ultradźwiękowy ale opis urządzenia wskazuje na inhalator kompresowy. Proszę o uściślenie czy Wykonawca ma się trzymać opisu?

Odpowiedź: Wykonawca ma się trzymać opisu sprzętu – cechy użytkowe.

Pytanie: Poz. 10 Proszę o wykreślenie z wymagań wężyk do pulsacyjnego podawania bolusa. Aktualnie inhalator taki jest niedostępny.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający ma informacje, że produkt jest dostępny.

Pytanie: Poz. 16 łóżko rehabilitacyjne ze stolikiem do karmienia dla osoby leżącej

Zamawiający wymaga stolika z regulacją ale stoliki nakładane na barierki nie posiadają regulacji, czy zamawiający dopuści stół nakładany na barierki bez możliwości regulacji?

Odpowiedź: Regulacja ma być na szerokość łóżka aby idealnie się dopasować.




Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Pytanie: Poz. 24 oddzielny wózek do przewożenia chorych

Czy zamawiający dopuści wózek o wymiarach 218x85 cm?

Odpowiedź: Nie – rozmiar nie spełnia oczekiwań.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie
Sylvia Horodecka
Sylvia Horodecka